

MRI検査における注意事項


検査絶対禁忌

心臓ペースメーカー リード線	これらの機器はMRIの強力な磁気により、故障あるいは破損する恐れがあり、また生命に関わる重大な事故が発生する危険性がありますので、必ずご確認ください。
人工内耳・中耳	
脳脊髄刺激電極、神経伝達装置	
体内埋め込み式インスリンポンプ	
磁石式人工肛門	
磁力で装着する義眼	
体内残存リード線	
その他体内埋め込み式機器	
アルミニウムが使用されている貼付剤	
材質不明のもの	

検査要注意

人工弁	これらの機器は材質が非磁性体で、主治医よりMRI検査が可能と承諾を得た場合のみ検査可能です。 予め、材質や検査の可否を主治医にお尋ねください。
心臓・大動脈ステント	
脳動脈瘤クリップ	
血管や管腔内の金属(フィルター、ステント、コイルなど)	
人工関節・骨固定具	
避妊リング	
気管内チューブ、気道切開チューブ	
義眼(磁力を有しないもの)	
消化管クリップ	
置き針	

その他留意事項



検査の間10~20分程トンネルの中で横になっていただきますので、閉所恐怖症または音に敏感な方は事前にご相談下さい。

金歯・銀歯は検査可能です。
磁石埋め込み式入れ歯、差し歯を使用している方は事前にマグフィットカードをご確認の上、取り外して検査します。インプラント・矯正については検査可能か主治医に事前に確認してください。



PHOENIX

医療法人社団鳳凰会 フェニックスメディカルクリニック

マグネットネイル、あるいは材質不明なネイルがある方は検査をお断りいたしますのでご了承ください。